Fundusze Europejskie Program Regionalny | MAŁOPOLSKA | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Formularz cenowy

załącznik nr 2

lp	asortyment	opis wymagania minimalne	ilość	cena jedn. netto	stawka VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto (kol. nr 4 x kol. nr 7)	Nazwa handlowa pozwalająca precyzyjnie określić jaki produkt jest oferowany (np. model, typ, producent)
1	2	3	4	7			8	9
1	Waga (1)	Elektroniczna, Rodzaj powierzchni- szkło, Maksymalne obciążenie- min. 150	1					
2	Wzrostomierz	Zakres pomiaru od 0 do min. 200 cm , możliwość montażu na ścianie.	1					
3	Miarka	Miarka posiadać powinna skalę wykonaną z metalu, służącą do pomiaru obw	1					
4	Ciśnieniomierz	Naramienny ciśnieniomierz automatyczny, zakres pomiaru ciśnienia od 0 do n	1					
5	Faldomierz	Służyć powinien do mierzenia poziomu tkanki tłuszczowej w poszczególnych partiach mięśniowych. Zakres pomiaru od 0 mm- 70 mm.	1					
6	Mikroskop	Mikroskop powinien posiadać minimum: głowice monokularową, obiektywy 4x, 10x, 40x, oświetlenie typu LED, zakres powiększeń mikroskopu40x-400x, zasilanie bezprzewodowe przy pomocy baterii. Do mikroskopu dołączony powinien być zestaw preparacyjny w skład którego powinno wchodzić min. 5 szkiełek podstawowych i min. 10 szkiełek nakrywkowych	1					
7	Suwmiarka	Zakres pomiaru od 0-150 mm, Podziałka 0,05mm	1					
8	Moździeż	Granitowy moździerz z tłuczkiem, Wysokość min. 8 cm, średnica min. 13 cm	1					
9	Termometr	Termometr elektroniczny z sondą. Zakres temperatury od min. -50°C do min. 250°C	1					
10	Pompka	Pompka próżniowa, w zestawie znajdować powinny się min. 2 korki.	1					
11	Zlewki	Zlewka szklana , poj. Min. 250 ml, o średnicy min. 70 mm i wysokości min. 95 mm	12					
12	Cylinder	Miarowy, wykonany powinien być ze szkła boro-krzemowego, o poj. min. 10 ml	1					
13	Butelka	Butelka szklana z nakrętką o pojemności 500 ml, wykonana powinna być ze s	1					
14	Pipety	Wykonana powinna być z PE, z podziałką, niesterylne, jednorazowego użytku, w opakowaniu znajdować powinno się min. 500szt.	1					
15	Lejek	Wykonany powinien być ze szkła boro-krzemowego, o średnicy min. 30 mm i wysokości min. 60 mm	1					
16	Czajnik	Elektryczny o pojemności min. 1,7 l	1					
17	Waga (2)	Elektroniczna, max. Obciążenie min. 5 kg	1					
141								